Conveen® Contour

Coloplast

Sacca da gamba

Conveen®

Cinghia

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Istruzioni per l'uso

23323374 Version 1

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S.© Tutti i diritti sono riservati 2020-01-10

Scopo previsto

La sacca di raccolta dell'urina è prevista per la raccolta passiva del prodotto della minzione.

Indicazioni

L'uso delle sacche di raccolta dell'urina è indicato per i pazienti affetti da incontinenza e/o ritenzione urinaria di qualsiasi eziologia.

Avvertenze

Si sconsiglia il riutilizzo dei prodotti monouso poiché potrebbe verificarsi contaminazione incrociata.

Ricondizionamento, lavaggio, disinfezione e/o (ri)sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, determinando un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per il paziente.

L'utilizzo di questa sacca da gamba è previsto fuori dal letto, quando il paziente è in movimento. Sostituirla con una sacca per drenaggio da letto di capacità maggiore quando il paziente è a letto o addormentato. In alternativa, lasciare la sacca da gamba in posizione e fissare una sacca per drenaggio da letto per aumentare la capacità del sistema generale di raccolta dell'urina.

Questo prodotto contiene ftalati e non deve essere utilizzato né da bambini né da donne in gravidanza o in allattamentosenza il parere del medico curante.

Informazioni

La sacca è progettata per un singolo utilizzo.

Il prodotto ha una capacità di 600/800 ml.

L'indicatore del volume stampato sulla sacca è una scala graduata che fornisce una misurazione volumetrica puramente indicativa.

Le cinghie sono lavabili a 40 °C/104 °F o a temperatura inferiore.

Per una corretta conservazione, i prodotti devono essere conservati nella confezione che li protegge fino al momento dell'utilizzo; l'etichetta sulla confezione contiene informazioni importanti come codice del lotto, data di scadenza e codice a barre univoco.

Il dispositivo è compatibile con la risonanza magnetica (RM), quindi non è necessario rimuoverlo prima di una scansione RM.

Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

Numero massimo di riutilizzi consentiti
Le cinghie essere sostituite nel momento in cui perdono elasticità.

Come utilizzare il prodotto

Preparazione




La sacca da gamba ha un tubo di ingresso che può essere precollegato alla sacca o separato. La lunghezza del tubo determina la posizione in cui è possibile applicare la sacca alla gamba.



Se il tubo non dispone di un connettore di ingresso precollegato o se il tubo stesso non è precollegato alla sacca, è possibile accorciare il tubo alla lunghezza desiderata. Sarà sufficiente tagliare il tubo con delle forbici.

Quando si taglia un tubo ondulato, lasciare un tratto diritto quanto più lungo possibile. Ciò permetterà di realizzare un collegamento sicuro fra tubo e connettore quando si fissa il connettore.



Fissare il connettore al tubo inserendo con decisione la sua estremità sottile nel tubo stesso, spingendola il più possibile.



Accertarsi che il rubinetto di uscita sia chiuso.




Collegare le cinghie alla sacca. Applicare la sacca alla gamba. L'eventuale lunghezza in eccesso delle cinghie può essere recisa.

Cinghia siliconata Conveen
Usare la cinghia più lunga in corrispondenza della sommità della sacca. Se si applica la sacca al polpaccio, avvolgere la cinghia superiore facendo un otto dietro e sopra il ginocchio.

Applicazione




Se il connettore è munito di un cappuccio protettivo, rimuoverlo.

Fissare il connettore alla guaina urinaria o al catetere.

Il sistema di raccolta dell'urina è ora funzionante.



Per garantire un drenaggio ottimale, si consiglia di svuotare la sacca quando è piena per poco più della metà.

Rimozione

Scollegare la sacca dalla guaina urinaria o dal catetere.

Slacciare le cinghie e rimuovere la sacca dalla gamba.

Smaltimento



Cambiare la sacca secondo le linee guida e le raccomandazioni locali.

Le cinghie sono riutilizzabili.

Svuotare la sacca prima di gettarla.

Il prodotto è esclusivamente monouso e deve essere smaltito secondo le linee guida locali, ad esempio tra i rifiuti domestici.

Non gettare il prodotto nei sanitari.

Segnalazione di incidenti

Se durante l'utilizzo di questo prodotto o a seguito del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, si prega di segnalarlo al produttore e all'autorità nazionale.

Spiegazione dei simboli

MD	Dispositivo medico
CE	Indica che il prodotto è conforme alla legislazione europea per i dispositivi medici
REF	Numero di catalogo
	Data di scadenza (AAAA-MM-GG)
LOT	Codice di lotto
	Data di produzione (AAAA-MM-GG)
	Produttore
	Consultare le istruzioni per l›uso
	Non riutilizzare
NON STERILE	Non sterile
UDI	Indica un codice a barre contenente l'identificazione univoca del dispositivo (UDI)
GTIN	(Global Trade Item Number) Identificatore di prodotto globale per uso commerciale
	Conservare lontano dai raggi solari
	Confezione riciclabile