Conveen® Security+

Krankenbett-Drainagebeutel

Conveen®

Beutel-Aufhängung / Ständer

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebrauchsanweisung

23323452 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.© 2020-01-27

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Urinbeutel dient der passiven Sammlung von Urin.

Indikationen

Urinbeutel sind für Patienten bestimmt, die unter Harninkontinenz und/oder Retention einer Ätiologie leiden.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

Information

Der Beutel ist für den Einmalgebrauch bestimmt.

Der Beutel hat ein Fassungsvermögen von 2000 ml.

Die aufgedruckte Volumenanzeige gibt lediglich die ungefähre Füllmenge an.

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

<u>Maximale Anzahl zulässiger Wiederverwendungen</u>

Die maximale Anzahl von zulässigen Wiederverwendungen für die Beutelaufhängung liegt bei einer einmaligen Verwendung pro Tag für eine Dauer von 5 Jahren.

Anwendung

Vorbereitung



Der Nachtbeutel kann direkt an ein Kondomurinal oder einen Verweilkatheter angeschlossen werden.

Oder er kann mit einem Beinbeutel verbunden werden, um während der Nacht für zusätzliches Fassungsvermögen zu sorgen. Für den Übernachtanschluss muss der Nachtbeutels mit einem elastischen Auslassschlauch angeschlossen werden, in den das Einlassverbindungsstück des Nachtbeutels passt.

Vorübergehende Katheterisierung
Nachtbeutel können zur vorübergehenden Katheterisierung mit einem intermittierenden Katheter verbunden werden.



Weist der Schlauch keine zuvor befestigtes Einlass-Verbindungsstück auf oder wurde der Schlauch nicht zuvor am Beutel befestigt, können Sie den Schlauch auf die bevorzugte Länge anpassen. Kürzen Sie den Schlauch einfach mit einer Schere.

Wenn Sie einen Wellschlauch kürzen, sollte ein möglichst großer Teil des geraden Bereichs erhalten bleiben. Dadurch wird eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Anschluss beim Befestigen des Anschlusses sichergestellt.



Befestigen Sie den Schlauch am Beutel, indem Sie das abgeschnittene Ende des Schlauchs fest auf den Beuteleinlass schieben.



Verwenden Sie die Conveen Beutel-Aufhängung, um den Bettbeutel aufzuhängen.

Befestigen Sie den Beutel sicher an der Aufhängung, indem Sie die Zähne der Aufhängung oben am Beutel einführen. Haken Sie die Beutelaufhängung am Bettgestell ein.



Um eine optimale Drainage sicherzustellen, ist es wichtig, den Nachtbeutel niedriger als die im Bett liegende Person zu positionieren.

Vorübergehende Katheterisierung
Hängen oder platzieren Sie den Beutel so, wie es für Sie am bequemsten ist und stellen Sie sicher, dass der Beutel niedriger ist als Ihr Hüftbereich, unabhängig davon, ob Sie lieber sitzend, stehend oder liegend katheterisieren.



Stellen Sie sicher, dass der Ausslasshahn geschlossen ist.

Anwendung




Entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzkappe vom Verbindungsstück.

Befestigen Sie das Verbindungsstück am Kondomurinal oder Verweilkatheter.




Oder schließen Sie das Verbindungsstück an den Auslasshahn des Beinbeutels an. Öffnen Sie das Ablaufventil des Beinbeutels.

Das Urinentnahmesystem ist nun einsatzbereit.

Vorübergehende Katheterisierung
Schließen Sie das Verbindungsstück an den vorübergehenden Katheter an.

Wenn Sie mit der Katheterisierung beginnen, wird der Urin in den Nachtbeutel abgelassen.



Wir empfehlen, den Beutel zu leeren, wenn er etwas mehr als halb voll ist, damit eine optimale Drainage sichergestellt ist.

Vorübergehende Katheterisierung
Leeren Sie den Nachtbeutel nach jeder vorübergehenden Katheterisierung.

Entfernen
Trennen Sie den Nachtbeutel vom Kondomurinal oder dem Verweilkatheter.

Oder schließen Sie, wenn der Nachtbeutel mit einem Beinbeutel verbunden ist, den Auslasshahn des Beinbeutels. Trennen Sie dann den Nachtbeutel. Berühren Sie nicht das offene Ende des Auslassschlauchs des Beinbeutels.

Vorübergehende Katheterisierung
Nach Abschluss der Katheterisierung trennen Sie den Nachtbeutel vom intermittierenden Katheter.

Beutel von der Aufhängung abnehmen.

Entsorgung



Wechseln Sie den Beutel gemäß lokaler Richtlinien und Empfehlungen aus.

Die Beutel-Aufhängung können erneut verwendet werden.

Entleeren Sie den Beutel, bevor Sie ihn entsorgen.

Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorfällen
Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

Symbolerklärung

MD	Medizinprodukt
CE	Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte
REF	Katalognummer
	Haltbarkeitsdatum (JJJJ-MM-TT)
LOT	Chargennummer
	Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung befolgen
	Nur für den einmaligen Gebrauch
NON STERILE	Unsteril
UDI	Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält
GTIN	(Global Trade Item Number) Globale Artikelidentnummer
	Vor direktem Sonnenlicht schützen
	Recyclingfähige Verpackung