SenSura®Mio
SenSura®Mio Convex

Dvodijelna zatvorena klik vrećica za stomu

Podložna pločica za stomu

Njega stome

Coloplast

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Upute za uporabu
23344227 Version 1
Logotip Coloplast registrirani je žig društva Coloplast A/S.
Sva prava pridržana.© 2026-08-12

Medikal Lux d.o.o.
Utinjska ulica 40
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Namjena
Vrećica za stomu namijenjena je za pasivno sakupljanje izlaznog sadržaja stome. Adhezivna podložna pločica pričvršćena je na vrećicu za stomu i namijenjena je za prianjanje za neoštećenu kožu oko stome.

Indikacije
Proizvod je indiciran za osobe sa stomom.

Upozorenja
Ne preporučuje se ponovna uporaba proizvoda za jednokratnu uporabu jer može doći do križne kontaminacije.

Ponovnom obradom, pranjem, dezinfekcijom i/ili (ponovnom) sterilizacijom mogu se ugroziti karakteristike proizvoda, što može povećati rizik od tjelesne ozljede ili infekcije korisnika.

Mjere opreza
Posavjetujte se sa svojim zdravstvenim djelatnikom prije početka upotrebe konveksnog proizvoda radi pravilne upotrebe.

Informacije
Vrećica za stomu za jednokratnu upotrebu.

Proizvodi su predviđeni za čuvanje u kutiji prije uklanjanja radi uporabe jer kutija štiti proizvode, a oznaka na kutiji sadrži važne informacije poput šifre serije, roka uporabe i jedinstvenog barkoda.

Nije potrebno uklanjati proizvod prije snimanja magnetskom rezonancijom budući da je siguran za snimanje MR-om.


Coloplast ne preuzima odgovornost za ozljede ili gubitke koji mogu nastati ako se proizvod koristi na način suprotan važećim preporukama tvrtke Coloplast.

Posebni uvjeti skladištenja
Čuvajte podložnu pločicu u vodoravnom položaju.

Držati podalje od sunčeve svjetlosti.

Način primjene

Priprema




Pomoću malih zaobljenih škara i vodiča za rezanje na podložnoj pločici izrežite otvor u podložnoj pločici koji odgovara točnim dimenzijama i obliku stome.
Možete upotrijebiti priloženi vodič za mjerenje stome kako biste izmjerili dimenzije i oblik stome.
Važno je da otvor i stoma točno pristaju jedno drugome kako bi se smanjio rizik od curenja i problema s kožom.



Temeljito očistite stomu i okolno područje kože. Koža mora biti potpuno suha prije nanošenja podložne pločice.


Primjena



Odlijepite zaštitnu foliju s adhezivne podložne pločice.



Poravnajte podložnu pločicu oko stome i pritisnite podložnu pločicu da biste osigurali brzo lijepljenje i savršeno prianjanje ljepila i kože oko stome.
Adhezivna podložna pločica mora čvrsto pristajati oko stome. Da biste spriječili procurivanje, važno je osigurati dobro prianjanje oko stome. Prilikom primjene pritiska na podložnu pločicu/vrećicu na trbuhu, počnite na području oko stome i pritisnite adhezivnu podložnu pločicu uz kožu. Prstom prijeđite čitavi krug oko stome da biste bili sigurni da se adhezivna podložna pločica zalijepila. Zagladite adhezivnu podložnu pločicu, počevši od stome prema vanjskim rubovima, da biste bili sigurni da je adhezivna podložna pločica došla u potpuni kontakt s kožom.



Pazite da disk za lijepljenje bude suh i čist (ako je potrebno očistiti podložnu pločicu, koristite isključivo vodu).
Pobrinite se da je prsten za zaključavanje otvoren.
Poravnajte spojnicu vrećice sa spojnicom podložne pločice.



Lagano pritisnite vrećicu prstima dok ne osjetite da je ispravno postavljena na podložnu pločicu.




Zatvorite prsten za zaključavanje spajanjem mehanizma za zaključavanje pritiskom. Vrećica je čvrsto pričvršćena za podložnu pločicu kad začujete „klik”.

Uklanjanje



Uklonite vrećicu otvaranjem prstena za zaključavanje tako da vrhom prsta pritisnete mali jezičak s točkicama koji je okrenut prema Vašem trbuhu.



Primite ušicu za uklanjanje i uklonite vrećicu pažljivim povlačenjem vrećice od podložne pločice.



Lagano uklonite podložnu pločicu tako da povučete ušicu za uklanjanje na podložnoj ploči od trbuha i polagano uvijete podložnu pločicu prema dolje. Lagano pritisnite kožu slobodnom rukom kako biste pomogli pri uklanjanju.

Odlaganje
Proizvod je namijenjen samo za jednokratnu uporabu i treba se odložiti u skladu s lokalnim smjernicama, npr. u običan kućanski otpad.


Nemojte baciti proizvod u zahodsku školjku.

Oznaka za filtar



Ako je potrebno, radi sprečavanja ispuštanja plinova, postavite jednu od priloženih oznaka za filtar na filtar.

Remen



Podesite dužinu remena povlačenjem traka kako bi pristajao uz Vaše tijelo. Ne morate uklanjati tkaninu koja prekriva kopču.
Pričvrstite svaku od četiri kukice remena na jednu od četiri ušice za remen sa svake strane podložne pločice. Počnite s prednje strane i lagano pritisnite prema trbuhu. Zatim povucite kukice remena od spojnice dok ne „kliknu" na svoje mjesto.
(To se odnosi samo na proizvode s remenim ušicama).

Prijava štetnih događaja

Ako tijekom upotrebe ovog proizvoda ili kao posljedica njegove upotrebe dođe do ozbiljnog incidenta, molimo da to prijavite proizvođaču i nacionalnom nadležnom tijelu u vašoj zemlji.

Objašnjenje simbola

MD	Medicinski proizvod
CE	Znači da je proizvod usklađen s europskim zakonodavstvom za medicinske proizvode
REF	Kataloški broj
	Upotrijebiti do (GGGG-MM-DD)
LOT	Šifra serije
	Datum proizvodnje (GGGG-MM-DD)
	Proizvođač
	Pročitajte upute za uporabu
	Nemojte ponovo upotrebljavati
UDI	Označava jedinstvenu identifikaciju proizvoda
GTIN	(Global Trade Item Number) Globalni broj trgovačke jedinice
	Držati podalje od sunčeve svjetlosti
	Ovaj dio okrenuti prema gore
	Pakiranje koje se može reciklirati
MR	Sigurno za snimanje MR-om